



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»**

**ΜΥΤΙΛΗΝΗ 07/11/2012  
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 20852**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 47 /2012  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

**ΕΙΔΟΣ:** Προμήθεια καθετήρων.

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>	<b>Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στη διαύγεια</b>	<b>Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο</b>	<b>Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ</b>
<b>ΝΑΙ</b>	<b>ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>09-11-2012</b>	<b>12-11-2012</b>	<b>-----</b>

**Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :**

<b>1.1.</b>	Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
<b>1.2.</b>	Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
<b>1.3.</b>	Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
<b>1.4.</b>	Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
<b>1.5.</b>	Το Π.Δ.118 ΦΕΚ150/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
<b>1.6.</b>	Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
<b>1.7.</b>	Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 <sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
<b>1.8.</b>	Την υπ'αριθμ. απόφαση 24 <sup>η</sup> /29.10.2012 θέμα 17 <sup>ο</sup> απόφαση Δ.Σ. του Γεν. Νοσοκομείου Μυτιλήνης
<b>1.9.</b>	Την υπ'αριθμ. 20332/30-10-2012 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού.

## ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια καθετήρων για ένα εξάμηνο για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 15 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Ελληνικό Τύπο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για μέρος ή για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

<b>Διαγωνισμός</b>	Πρόχειρος σε ΕΥΡΩ( € )
<b>Αντικείμενο</b>	Προμήθεια καθετήρων για τις ανάγκες Νοσοκομείου Μυτιλήνης.
<b>Ημερομηνία, τόπος και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού</b>	<b>Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Γραφείο Προμηθειών</b>  <b>Ημερ. 27/11/2012</b> <b>Ώρα: 12.00</b>
<b>Προθεσμία Υποβολής Προσφορών</b>	<b>Ημερ. 26/11/2012</b> <b>Ώρα: 14.30</b>
<b>Προϋπολογισθείσα δαπάνη</b>	<b>30.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.</b>
<b>Προϋπολογισμός που βαρύνει</b>	Τακτικός Προϋπολογισμός
<b>Νόμισμα</b>	ΕΥΡΩ
<b>Διάρκεια ισχύος προσφορών</b>	120 ημέρες
<b>Αναθέτουσα αρχή και Αρμόδιος υπάλληλος για Πληροφορίες</b>	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» <b>Ψωμάς Ανδρέας</b> τηλ.2251026390

## Πίνακες των υπό προμήθεια ειδών

### 1. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011016	No8	50τεμ.
2.	ΥΥ-011017	No10	100τεμ.
3.	ΥΥ-011018	No12	200τεμ.
4.	ΥΥ-011019	No14	300τεμ.
5.	ΥΥ-011020	No16	120 τεμ.
6.	ΥΥ-011021	No18	50τεμ.

### 2. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELLATON

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011009	No8	150τεμ.
2.	ΥΥ-011010	No10	100τεμ.
3.	ΥΥ-011011	No12	200τεμ.
4.	ΥΥ-011012	No14	4000τεμ.
5.	ΥΥ-011013	No14 ( 51cm)	50τεμ.
6.	ΥΥ-011014	No16	150τεμ.
7.	ΥΥ-011015	No18	100τεμ.

### 3. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG TAIL

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011057	No4,8 26cm	50τεμ.
2.	ΥΥ-011219	No6 26cm	
3.	ΥΥ-011109	No7 26cm	

### 4. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΤΕΙΜΑΝ

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011035	No12	10τεμ.
2.	ΥΥ-011036	No14	150τεμ.
3.	ΥΥ-011037	No16	300τεμ.
4.	ΥΥ-011038	No18	150τεμ.
5.	ΥΥ-011039	No20	100τεμ.

#### 5. ΚΑΘΗΤΡΕΣ LEVIN

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011002	No8	150τεμ.
2.	ΥΥ-011003	No10	50τεμ.
3.	ΥΥ-011004	No12	100τεμ.
4.	ΥΥ-011005	No14	300τεμ.
5.	ΥΥ-011006	No16	200τεμ.
6.	ΥΥ-011007	No18	200τεμ.

#### 6. ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011047	No10	500τεμ.

#### 7. ΚΑΘΗΤΡΕΣ FOLEY 2 WAY

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011022	No6	10 τεμ.
2.	ΥΥ-011023	No8	20τεμ.
3.	ΥΥ-011024	No10	20τεμ.
4.	ΥΥ-011025	No12	20 τεμ.
5.	ΥΥ-011026	No14	100τεμ.
6.	ΥΥ-011027	No16	700 τεμ.
7.	ΥΥ-011028	No18	300 τεμ.
8.	ΥΥ-011029	No20	100τεμ.
9.	ΥΥ-011030	No22	100 τεμ.

#### 8. ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΚΟΥΒΕΛΛΙΡ 3 WAY

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011041	No18	20 τεμ.
2.	ΥΥ-011042	No20	20 τεμ.
3.	ΥΥ-011043	No22	30 τεμ

### 9. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011063	No 6 ( 26cm)	10 τεμ
2.	ΥΥ-011058	No5F	10 τεμ.

### 10.ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011048	No5	50τεμ.
2.	ΥΥ-011049	No6	50τεμ.

### 11.ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	<b>ΥΥ-011078</b>	ΚΑΘ. ΥΠΟΚΛΕΙΔ. ΑΙΜ/ΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ	12τεμ.

### 12.ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-018012	No14	50τεμ.
2.	ΥΥ-018013	No16	100τεμ.
3.	ΥΥ-018014	No18	1.000τεμ.
4.	ΥΥ-018015	No20	15.000τεμ.
5.	ΥΥ-018016	No22	20.000 τεμ.
6.	ΥΥ-018017	No24	2.500τεμ.

### 13.ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011090	<b>ΔΙΑΥΛΟΣ 12Fr x 16cm</b>	5τεμ.
2.	ΥΥ-011083	<b>ΔΙΑΥΛΟΣ 12Fr x 20cm</b>	10τεμ
3.	ΥΥ-011107	<b>ΔΙΑΥΛΟΣ 14Fr x 16cm</b>	20τεμ.
4.	ΥΥ-011055	<b>ΔΙΑΥΛΟΣ 14Fr x 20cm</b>	25τεμ.

#### **14.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 3WAY**

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011032	No18	20τεμ.
2.	ΥΥ-011033	No20	20τεμ.
3.	ΥΥ-011034	No22	20τεμ.

#### **15.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR**

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1.	ΥΥ-011044	No18	30τεμ.
2.	ΥΥ-011079	No20	30τεμ.
3.	ΥΥ-011045	No22	40τεμ.

#### **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ**

#### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ**

- Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή.
- Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ.118/2007.
- Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισμού κρίνει ότι οι τεχνικές προσφορές καθώς και τα δείγματα (όπου ζητούνται) όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αποδεκτά, θα γίνεται παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισμών.
- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARK & ISO) τα οποία θα είναι επικυρωμένα από δημόσια αρχή και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής
- Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.
- Πριν την υπογραφή σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της αξίας της προσφοράς του με Φ.Π.Α.

- Βάσει του άρθρου 46 του Ν.3801/09 «τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών».

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ α/α**

**ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### 1)Καθετήρες TEIMAN

Να έχουν κεκαμμένο το πρόσθιο άκρο προς τα άνω και όχι ευθείς.

### 2)Καθετήρες NELLATON

Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό, ώστε να μην λυγίζουν η να συμπίπτουν τα τοιχώματα τους.

Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλομένο, ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να μην τραυματίζουν

Να έχουν πλευρικές οπές μπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση.

### 3)ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG – TAIL

Σετ αποτελούμενο από καθετήρα, με το ένα άκρο κλειστό και το άλλο ανοικτό, εύκαμπος και μη τραυματικός, κατασκευασμένος από πολουρεθάνη, με δυνατότητα παραμονής σε ασθενή για διάστημα ενός μήνα. Ακτινοσκοπικός διάτρητος και διαβαθμισμένος ανά εκατοστό.

Να έχει συρμάτινο ανοξειδωτο οδηγό με εύκαμπτο άκρο και εισαγωγή για ευκολότερη χρήση.

### 4)ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY TIEMAN

Καθετήρες από κόκκινο λατέξ επικαλυμμένοι με τεφλον για εύκολη εισαγωγή, μη τοξικοί με εύκαμπτο σωλήνα κατά μήκος και με ελάχιστη παραμόρφωση κατά την διάμετρο του ώστε να εξασφαλίζει μεγαλύτερη παροχή ούρων σε συνδυασμό με δυο αντίθετα μάτια στο άκρο του.

Μπαλόνι ανθεκτικό κατάλληλο για σύριγγες luer lock αποστειρωμένοι και σε ατομική συσκευασία.

### 5)ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN

Καθετήρες Levin από p.v.c. ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως τα 75εκ, ατραυματικοί, κλειστού άκρου με τέσσερις πλάγιες οπές, μήκους 125εκ, αποστειρωμένοι.

### 6)ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ

Από p.v.c ακτινοσκοπικοί ατραυματικοί, λείοι ανοικτού άκρου με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης.



## **7) ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY**

Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλακό, ώστε να μην συμπίπτει κατά την χρήση τους.

Να φέρουν τουλάχιστον δυο ευρείες οπές στο άκρο τους.

Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας από 5 ως 30εκ και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις.

Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο αυτού ευχερώς.

Να προσφέρονται από 100% latex και βαλβίδα από p.v.c ή latex.

## **8) ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΒΕΛΑΙΡ 3WAY**

Να είναι three way και να αποτελούνται από ημισκληρο αλλά εύκαμπτο ελαστικό ή ακτινοσκιερο υλικό ή να διαθέτει μεταλλικό ή πλαστικό σπείρωμα εντός του τοιχώματος του καθετήρα.

Να έχουν ευρύ αυλό για ανεμπόδιστες εγχύσεις, αναρροφήσεις και παροχέτευσεις υγρών στην ουροδόχο κύστη.

Ο αυλός τους να μην συμπίπτει απολύτως ώστε να διατηρείται ο ίδιος κάτω από οποιαδήποτε πίεση.

Το άκρο τους να είναι ευθύ και αμβλύ ώστε να μην τραυματίζεται η ουρήθρα ή το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης.

Οι οπές παροχέτευσης να είναι μεγάλες.

Να έχει κατάλληλο ανθεκτικό υδροθάλαμο, χωρητικότητας 50 ως 80cc.

Η βαλβίδα τους να είναι ελαστική και ασφαλής.

## **9) ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ**

Να είναι από πολυουρεθάνη μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ακτινοσκιεροι, διαβαθμισμενοι με ανοξειδωτο συρμάτινο οδηγό μήκους 69εκ.

## **10) ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ**

Καθετήρες από p.v.c. ακτινοσκιεροι,βαθμονομημενοι ανά εκατοστό από τα 5 έως τα 75εκ, ατραυματικοι, κλειστού άκρου με τέσσερις πλάγιες οπές, μήκους 125εκ, αποστειρωμένοι.

### **11) ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ**

Καθετήρας διπλού αυλού (υποκλείδιος/σφαγιτιδικός/μηριαίος) από βιοσυμβατό, ακτινοσκιερό υλικό για μακροχρόνια χρήση.

Αντοχή υλικού καθετήρα στα αποστειρωτικά (ιωδιούχα, αλκοολούχα) στο σημείο εξόδου.

Διάμετρος καθετήρα διπλού αυλού 14,5fr σε μήκη από 24-30cm.

Να διαθέτει σταθερό cuff ώστε να προορίζεται για μακροχρόνια χρήση.

Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση του:

- 1)Καθετήρα διπλού αυλού.
- 2)Βελόνα παρακέντησης.
- 3)Αγγειακό διαστολέα / οδηγό.
- 4)Αγγειακούς διαστολείς.
- 5)Συρμάτινο οδηγό, ασφαλή.
- 6)Ειδικά πώματα.
- 7)Τροκάρ υποδόριου tunnel.

Να έχει καλή παροχή αίματος περί τα 300ml/min.

Να αναφέρετε ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

### **12)ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ**

Να είναι ιστοσυμβατο ptfе και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.

Η αποστείρωση του θα είναι τελευταίου εξαμήνου με χρόνο αποστείρωσης συν τεσσεράμισι έτη.

Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρείται η αποστείρωση τους

Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO – Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών . ( CE Mark).

Να διαθέτει βαλβίδα μη παλιδρόμησης.

Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο, για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.

Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση του καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια, ( μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων).

Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλιδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.

Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους).

Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.

### **13)ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ**

A) Σέτ προσωρινού υποκλειδίου/σφαγιτιδικού /μηριαίου καθετήρα διπλού αυλού

12 fr χ16cm , 12 fr χ20cm, 14 frχ 16cm , 14 fr χ 20cm από μαλακή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη και σε μήκη 15,20 εκατοστά με ομόκεντρη διάταξη αυλών

Το σέτ να περιλαμβάνει:

- 1 καθετήρα διπλού αυλού
- 1 βελόνα παρακέντησης
- 1 συρμάτινο οδηγό τύπου J
- 1 αγγειακό διαστολέα
- 2 ειδικά πώματα για την κάλυψη των ελεύθερων άκρων του καθετήρα δια μέσου των οποίων είναι δυνατή η χορήγηση ενέσεων  
Να φέρουν σήμανση CE

B) Σέτ προσωρινού υποκλειδίου/σφαγιτιδικού /μηριαίου καθετήρα διπλού αυλού

12 fr χ16cm , 12 fr χ20cm, 14 frχ 16cm , 14 fr χ 20cm από μαλακή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη και σε μήκη 15,20 εκατοστά με ομόκεντρη διάταξη αυλών

Το σέτ να περιλαμβάνει:

- 1 καθετήρα τριπλού αυλού ειδικό για την εισαγωγή σύρματος και τη χορήγηση υγρών
- 1 βελόνα παρακέντησης
- 1 συρμάτινο οδηγό τύπου J
- 1 αγγειακό διαστολέα
- 2 ειδικά πώματα για την κάλυψη των ελεύθερων άκρων του καθετήρα δια μέσου των οποίων είναι δυνατή η χορήγηση ενέσεων  
Να φέρουν σήμανση CE

### **14)ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 3WAY**

Να φέρουν ευρύ αυλό και το τοίχωμα τους να μην είναι μαλακό, ώστε να μην συμπίπτει κατά την χρήση τους.

Να φέρουν τουλάχιστον δυο ευρείες οπές στο άκρο τους.

Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας από 5 ως 30εκ και να είναι ανθεκτικός στις πιέσεις.

Να φέρουν βαλβίδα υδροθαλάμου ασφαλή και ελαστική, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του περιεχομένου του υδροθαλάμου αλλά και να δύναται να αφαιρείται το περιεχόμενο αυτού ευχερώς.

Να προσφέρονται από 100% latex και βαλβίδα από p.v.c ή latex.

## **15)ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR**

Να είναι three way και να αποτελούνται από ημισκληρο αλλά εύκαμπτο ελαστικό η ακτινοσκιερο υλικό η να διαθέτει μεταλλικό η πλαστικό σπείρωμα εντός του τοιχώματος του καθετήρα.

Να έχουν ευρύ αυλό για ανεμπόδιστες εγχύσεις , αναρροφήσεις και παροχετεύσεις υγρών στην ουροδόχο κύστη.

Ο αυλός τους να μην συμπίπτει απολύτως ώστε να διατηρείται ο ίδιος κάτω από οποιαδήποτε πίεση.

Το άκρο τους να είναι κυρτό (Dufur).

Οι οπές παροχέτευσης να είναι μεγάλες.

Να έχει κατάλληλο ανθεκτικό υδροθάλαμο, χωρητικότητας 50 ως 80cc.

Η βαλβίδα τους να είναι ελαστική και ασφαλής.

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας:

Κατάστημα :

( Δ/νση-Οδός-Αριθμός-TK-FAX):

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς

(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ.....ΕΥΡΩ (€)

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ# € # υπέρ της Εταιρίας Δ/ΝΣΗ

Δια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφησομένης συμβάσεως για την προμήθεια σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Δ/ξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί (στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μυτιλήνη σήμερα μεταξύ αφ' ενός του κ. .... που παρίσταται και ενεργεί ως Διοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειμένη περίπτωση, εκπροσωπεί νόμιμα το Ίδρυμα και αφετέρου της εταιρείας ..... (δ/ση ..... τηλ. ...., ΑΦΜ ..... ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ..... , συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω :

Μετά από το ..... διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις ..... για την προμήθεια ..... η ως άνω εταιρεία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. .... απόφαση του Δ.Σ. αναλαμβάνει την προμήθεια στο Νοσοκομείο.

A) Ποσότητα Συμβατικού Είδους

B) Έκπτωση επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης

**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** : Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση διακοπής της θαλάσσιας συγκοινωνίας (π.χ. λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων απεργιών κλπ) ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα).

### **ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω εξοπλισμού ή μέρος αυτού πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίμου προς το Νοσοκομείο σύμφωνα με το άρθρο 32 Π.Δ.118/07.

### **ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ**

Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται εντός τριών (3) μηνών περίπου από την παράδοση των ειδών. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή της Τράπεζας βάση θεωρημένου τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής αφού προσκομίσει :

- α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
- β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

### **ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις :

- α) Υπέρ ΜΤΠΥ 1,5% - ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ - ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ
- β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του Ν.3846/11.5.2010
- γ) Φόρος προμηθευτών 4%.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**: Η διάρκεια σύμβασης που είναι για ένα (1) εξάμηνο αρχίζει από την ..... μέχρι.....

Η διάρκεια της σύμβασης με τμηματικές παραδόσεις ισχύει για ένα χρόνο αμέσως μόλις υπογραφεί και μπορεί να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και συνολικά για ένα (1) χρόνο μετά την λήξη της με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Η ως άνω σύμβαση διέπεται από τους όρους του Π.Δ.118/2007 του Ν.2955/01 και τον Ν.2286/95.

Λαμβανομένων υπόψη των όρων και συμφωνιών που περιέχονται στην από .....διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία μαζί με την από ..... προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος μειοδότη και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, των διατάξεων του Νόμου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, αποτελούν μαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύμβασης.

Σύμφωνα με τους όρους της από ..... διακήρυξης του διαγωνισμού επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθμ. .... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ευρώ .....€ αρ.....Τράπεζα.....ημερ. έκδοσης.....

Η ως άνω εγγυητική να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.

Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**