



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ**
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Τσουλέλλη Αθηνά
Τηλ.:2251026390
Fax : 2251037130

Μυτιλήνη 09-07-2013
Αρ.Πρωτ.:12353

ΠΡΟΣ:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτημα κατάθεσης κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδικών απολυμαντικών.

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11^η/21-06-2013 (Θέμα 33^ο) ζητά την υποβολή **κλειστής** οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδικών απολυμαντικών για ένα έτος.

Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή ανά είδος) να είναι χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολικό ποσό έγκρισης 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%.

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως την Τρίτη 30-07-2013 και ώρα **14:30**.

Επισυνάπτεται: α)πίνακας με τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τις ζητούμενες ποσότητες και β)Τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω ειδών.

Η προσφορά σας θα πρέπει να τηρεί απαραίτητως τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 1.ECOLAB ΑΕ | Fax:2106813527 |
| 2.JOHNSON & JOHNSON HELLAS | Fax:2106850308 |
| 3.PHARMA CHEMIE Α.Ε. | Fax:2102310632 |
| 4.DUCASCO ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ | Fax:2102447419 |
| 5.ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΓΝ. ΑΕΒΕ | Fax:2310465273 |
| 6.GATEX ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ Α.& ΣΙΑ Ο.Ε. | Fax:2106012336 |
| 7.ΒΑΜΒΑΣ ΧΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ | Fax:2106078479 |
| 8.ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. | |

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:
www.vostanio.gr)

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

| A/A | | ΕΙΔΟΣ | Ποσότητα |
|------------|-----------|---|---------------------------|
| 1. | ΥΥ-027010 | Απολυμαντικό αναρροφήσεων | 20lt |
| 2. | ΥΚ-001060 | Υγρό πλυντηρίου σκωραμίδων | 40lt |
| 3. | ΥΥ-027004 | Υγρό καθαρισμού - απολύμανσης δαπέδου | 250lt |
| 4. | ΥΥ-027016 | Υγρό απολυμαντικών επιφανειών σε spray 750ml/1lit | 250τεμ |
| 5. | ΥΥ-027007 | Υγρό απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων για αυτόματα πλυντήρια | 200lt |
| 6. | ΥΥ-027009 | Υγρό όξινο ουδετεροποιητικό χειρουργικών εργαλείων για αυτόματα πλυντήρια | 80lt |
| 7. | ΥΥ-027017 | Υγρό λιπαντικό – διαβρεκτικό χειρουργικών εργαλείων για αυτόματα πλυντήρια | 80lt |
| 8. | ΥΥ-027012 | Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (NaDCC) σε κόκκους (σε πρακτική συσκευασία < 1kg) ή σε ταμπλέτες (αναβράζοντα δισκία)1-5 γρ | 103 κιλά ή 1000tab. |
| 9. | ΥΥ-030010 | Συμπυκνωμένο λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων σε spray 250ml, χωρίς σιλκόνη για χρήση στο χέρι | 10 τεμ |
| 10. | ΥΥ-027019 | Υγρό απορρυπαντικό ενζυματικό για πλύσιμο χειρουργικών εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι (με βυθισμό) χωρίς αλδεύδες | 50 lit |

Προϋπολογισμός δαπάνης 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%.

Β)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Συμπυκνωμένο διάλυμα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των αναρροφήσεων χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες, χλώριο. Χαμηλού αφρισμού.
2. Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό για χρήση σε πλυντήριο σκωραμίδων.
3. Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό για καθαρισμό απολύμανση επιφανειών, χωρίς αλδεΐδες (π.χ. δάπεδα και τοίχοι χειρουργείων, θάλαμοι ασθενών Μ.Ε.Θ., Μ.Τ.Ν. κ.α.).
 - Δραστικό έναντι Gram αρνητικών και θετικών βακτηρίων, μυκοβακτηριδίων, μυκήτων και ιών, συμπεριλαμβανομένων ιών HIV, HCV, HBV.
 - Να έχει ισχυρές απορρυπαντικές ιδιότητες
 - Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα
 - Συμβατό με πλαστικές, μεταλλικές, plexiglass επιφάνειες,
 - Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία με δωρεάν δοσομετρικές συσκευές,
 - Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και απολυμαντικού αποτελέσματος,
 - Να μην είναι τοξικό,
 - Να έχει ευχάριστη και ήπια οσμή.
4. Υγρό απολυμαντικό έτοιμο διάλυμα σε spray ταχείας απολύμανσης (να προσφέρεται με δωρεάν ψεκαστήρα) για καθαρισμό απολύμανση επιφανειών, χωρίς αλδεΐδες αλλά με αλκοόλη.
 - Δραστικό έναντι Gram αρνητικών και θετικών βακτηρίων, μυκοβακτηριδίων, μυκήτων και ιών, συμπεριλαμβανομένων ιών HIV, HCV, HBV.
 - Συμβατό με πλαστικές, μεταλλικές και plexiglass επιφάνειες
 - Να μην είναι τοξικό,
 - Να έχει ευχάριστη οσμή.
5. Συμπυκνωμένο υγρό ενζυμικό καθαριστικό χειρουργικών εργαλείων και για:
 - Χρήση σε αυτόματα πλυντήρια,
 - Χαμηλού αφρισμού,
 - Να μην είναι διαβρωτικό.
6. Υγρό όξινο ουδετεροποιητικό για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων το οποίο να μην είναι διαβρωτικό.
7. Υγρό λιπαντικό - διαβρεκτικό για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων το οποίο :

- Να εξαλείφει τα στίγματα και να μειώνει το χρόνο στεγνώματος των εργαλείων
- Να μην είναι διαβρωτικό

8. Διγλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (NaDCC) σε κόκκους (σε πρακτική συσκευασία < 1kg) ή σε ταμπλέτες (αναβράζοντα δισκία) 1-5 γρ

- Να αναφέρεται η δοσολογία και ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής δράσης

9. Κατάλληλο για όλα τα χειρουργικά και λαπαροσκοπικά εργαλεία, με ειδικό σωληνάκι προέκτασης για τη λίπανση των εργαλείων. Χωρίς σιλικόνη και κατάλληλο για όλους τους τύπου κλιβάνων, χωρίς να επηρεάζει το αποτέλεσμα της αποστείρωσης.

10. Υγρό απορρυπαντικό ενζυματικό για πλύσιμο χειρουργικών εργαλείων στο χέρι (με βυθισμό) χωρίς αλδεύδες.

- Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού αποτελέσματος,
- Να μην είναι τοξικό,
- Να είναι άοσμο ή με ευχάριστη μυρωδιά,
- Χαμηλού αφρισμού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

- Τα καθαριστικά και απολυμαντικά προϊόντα να έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. (αριθμός 961/23/12/94 Τεύχος Β) και να έχουν CE mark επισήμανση.
- Τα προϊόντα καθαρισμού να έχουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ. Χ. Κ.).
- Τα προϊόντα να συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια οδηγιών και κινδύνων και στην ελληνική γλώσσα και δοσομετρικές αντλίες ή δοχεία.
- Θα προτιμηθούν βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα που δεν απαιτούν αδρανοποίηση πριν την απόρριψή τους.