



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.: Τσουλέλλη Αθηνά  
Τηλ.: 2251026390  
Fax : 2251037130

Α.Δ.Α: ΩΔΟΣ469070-600

ΑΔΑΜ 16PROC003963131

Μυτιλήνη 8-3-2016

Αρ.Πρωτ.: 4478

ΠΡΟΣ:

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΘΕΜΑ: Αίτημα κατάθεσης κλειστής οικονομικής προσφοράς  
για την προμήθεια ενός μηχανήματος Υπο-Υπερθερμίας.**

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5<sup>η</sup>/28-1-2016 (Θέμα 30<sup>ο</sup>) απόφαση ΔΣ ζητά την υποβολή **κλειστής** οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ενός μηχανήματος Υπο-Υπερθερμίας για τις ανάγκες της ΜΕΘ του Νοσοκομείου.

Συνολικό ποσό δαπάνης 8.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την **Τρίτη 29-3-2016** και ώρα **10:00 πμ**

**Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ**

**ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- 1) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
- 2) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΣΙΤΕ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
(www.vostanio.gr) ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

α) Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ.118/2007.

β) Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.

γ) Η προσφορά υποβάλλεται για το ζητούμενο είδος, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. .

δ) Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 28/03/2016 και ώρα 14:30 μ.μ. με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα, με ευθύνη του προσφέροντος. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

ε) Στον κύριο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
3. Ο αριθμός της διακήρυξης
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

### **A. Φάκελος δικαιολογητικών**

1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007 καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της

περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007 κατάσταση.

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07.

γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

**Β.** Τα **ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

**Γ.** Τα **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

**Η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εις διπλούν.**

ζ) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

η) Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώνουν στην προσφορά τη χώρα καταγωγής του είδους που προσφέρουν το εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής (πλήρης Δ/νση).

θ) Πριν την υπογραφή σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αξίας της προσφοράς του χωρίς Φ.Π.Α. καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

ι) Ο προμηθευτής που δεν προέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε μια ζημία που τυχόν θα προκύψει εις

βάρος του νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995, Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **Μηχάνημα Υπο-Υπερθερμίας ασθενών με νερό**

1. Να είναι απλό, αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα αντιμετώπισης υποθερμίας. Να περιέχει άριστα ρυθμιζόμενη <<θερμή>> ή <<ψυχρή>> θεραπεία με ακρίβεια μικροεπεξεργαστή.
2. Η λειτουργία του να βασίζεται στη συνεχή ανακύκλωση νερού μέσα σε στρώματα νερού τα οποία να μπορούν να τοποθετηθούν είτε ως υποστρώματα, είτε ως καλυπτήρια στρώματα επί του ασθενούς..
3. Να μπορεί να λειτουργήσει -ως προς τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού -είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα ή και σε συνδυασμό αυτών των δύο, ενώ το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας του νερού να είναι από 4-41 C.
4. Να διαθέτει δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ νερού για ψύξη και θέρμανση, ώστε να υπάρχει ευελιξία στις μεταβολές της θερμοκρασίας του ανακυκλωμένου νερού, εξασφαλίζοντας έτσι άριστη αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
5. Για την ασφάλεια του ασθενούς να διαθέτει διπλά συστήματα συναγερμού υπερθέρμανσης.
6. Σε περίπτωση λάθους κατά τη θεραπεία να υπάρχει οπτική ένδειξη επί του πίνακα ρυθμίσεων, ενώ παράλληλα να υπάρχει ηχητική ειδοποίηση πιθανού προβλήματος στη θερμοκρασία του ασθενούς ή του στρώματος .
7. Αναλώσιμα (στρώματα νερού) για το μηχάνημα υπο-υπερθερμίας
8. Να έχουν ειδικό σχεδιασμό, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής ροή του νερού εντός τους. Η σύνδεση τους με το αντίστοιχο μηχάνημα θέρμανσης- ψύξης να επιτυγχάνεται με ειδικούς συνδέσμους τύπου Click-Tite, που εξασφαλίζουν τη μη διαρροή νερού.
9. Τα στρώματα νερού να μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε μηχάνημα θέρμανσης-ψύξης μέσω ειδικών συνδετικών.
10. Τα στρώματα νερού να μπορούν να τοποθετηθούν, είτε κάτω από την κλίνη του ασθενούς, είτε και ως καλυπτήρια και γι' αυτό να έχουν ικανοποιητικό μήκος (τουλάχιστον 180cm) και πλάτος (τουλάχιστον 75cm).